資材管理コード

002 C2940-

管理医療機器　歯科用支台築造材料（歯科用象牙質接着材）（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キット

管理医療機器　歯科用支台築造材料

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

使用方法に関連する使用上の注意<ご使用の前に必ずお読みください>

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」に関する注意

[併用するボンディング材に関する注意]

ボンディング処理には、必ず「クリアフィル® ボンド SE ONE」もしくはデュアルキュア型ボンディング材を使用してください。「クリアフィル® ボンド SE ONE」は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」と接触すると化学重合により硬化します。

本品のボンディング処理に使用可能なボンディング材

ボンディング材	重合タイプ	使用可否	備　考
「クリアフィル® ボンド SE ONE」	光重合型	○	**クリアフィル® DCコア オートミックス® ONEと接触**することで化学重合するため
「クリアフィル® ボンド SE ONE」以外の光重合型ボンディング材 （例えば「クリアフィル トライエスボンド® ND」「クリアフィル® メガボンド®」「クリアフィル® メガボンド® FA」等）	光重合型	×	化学重合しないため
デュアルキュア型ボンディング材 （例えば「クリアフィル® DCボンド」等）	デュアルキュア型	○	化学重合するため

[環境光に関する注意]

ミキシングチップに窓際の自然光、デンタルライト等の強い光が長時間当たらないように注意してください。強い光が当たると、チップ内のペーストの硬化促進により操作時間が短くなる可能性があります。



[付属品に関する注意]

- ミキシングチップを装着させる時は、必ずAとBが図1の位置にあることを確認してから、ご使用ください。Aが図2のように回転している場合はミキシングチップとシリンジが正しく装着できません。Cの部分を回転させて、Aを図1の位置に戻してからご使用ください。

（正）



（誤）



- ガイドチップをミキシングチップに装着する際、あるいは装着後に回転させてガイドチップの向きを変える場合は、ガイドチップの根元の部分を持って操作し、その先端部分が折れ曲がらないように注意しながら行ってください。また、向きを変える場合はミキシングチップとシリンジの接合部が回転しないように行ってください。ペーストが漏れる恐れがあります。

[光照射に関する注意]

- 「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」はデュアルキュア型の歯科用支台築造材料ですが、使用に際しては、下記3点のステップにおいて光照射してください。なお、光照射時間については、添付文書をご確認ください。

〈ボンディング処理〉



- ボンドに光照射を行ってください。

〈歯科用ポストの固定〉



- 舌側・唇（頬）側の2方向より光照射を行ってください。
- また、マージン部分を重点的に、光照射を行ってください。

〈支台築盛〉



- 舌側・唇（頬）側の2方向より光照射を行ってください。

「クリアフィル® ボンド SE ONE」*に関する注意

[併用するボンディング材に関する注意]

- 「クリアフィル® ボンド SE ONE」を混和皿へ採取した後は、遮光板で周囲からの光を遮断して、7分以内に使用してください。本品は揮発性の溶媒（エタノール）を含んでいるため、溶媒が揮発すると本品の粘度が上昇し塗布しにくくなります。
- 「クリアフィル® ボンド SE ONE」の被着面への塗布時、及び10秒間処理時に、デンタルライトの光が当たると光硬化（ゲル化）する場合がありますので、口腔内へのデンタルライトの角度や距離を調整するなどの光量を下げる回避処置を行ってください。また、10秒間処理後は可及的速やかにエアーブローを行い、しっかりと乾燥させてください。

*「クリアフィル® ボンド SE ONE」は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キット」に含まれる構成品です。

ご使用の前には、必ず添付文書をお読みください。

製品に関するお問い合わせ先

製造販売元 クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653　新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル：0120-330922

販　売　元 株式会社モリタ
〒564-8650　大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525
〒110-8513　東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161

医療機器認証番号：223ABBZX00087000「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キット」
医療機器認証番号：223ABBZX00086000「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」

「クリアフィル」、「オートミックス」、「SE ONE」、「メガボンド」及び「クリアフィル トライエスボンド」は、株式会社クラレの登録商標です。

11/2011